

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 535.214.6(043.3)+615.849.19(043.3)

ЖЕЛЕЗНЯКОВА
Татьяна Александровна

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ НА ПРОЦЕСС ЛАЗЕРОФОРЕЗА

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук
по специальности 01.04.05 – Оптика

Минск, 2017

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

Научная работа выполнена в **Белорусском государственном университете**.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –

КУГЕЙКО Михаил Михайлович,
доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой квантовой радиофизики и
оптоэлектроники
Белорусского государственного университета.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:

ЗЕНЬКЕВИЧ Эдуард Иосифович,
доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры «Техническая физика»
Белорусского национального технического
университета;

ДИК Сергей Константинович,
кандидат физико-математических наук, доцент,
первый проректор учреждения образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники».

ОППОНИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –

**Государственное научное учреждение
«Институт физики имени Б. И. Степанова
Национальной академии наук Беларуси».**

Защита состоится **16 февраля 2018 года** в **14.00** часов на заседании совета по защите диссертаций Д 02.01.17 при Белорусском государственном университете по адресу: *Минск, ул.Ленинградская 8 (корпус юридического факультета), ауд. 407.* Телефоны ученого секретаря: 209–57–09; 209–50–73; e-mail: Romanov@bsu.by.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Белорусского государственного университета.

Автореферат разослан «____» января 2018 года.

Ученый секретарь совета
по защите диссертаций
кандидат физ.-мат. наук доцент

О.Г. Романов

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

1

ВВЕДЕНИЕ

Изучение взаимодействия лазерного излучения с биологическими организмами началось сразу после создания первого лазера на рубине в 60-х годах прошлого века. В настоящее время тематика публикаций простирается от вопросов взаимодействия лазерного излучения с биологическими объектами всех уровней организации до разработки и создания лазерных медицинских установок и комплексов, а также приборов для проведения низкоинтенсивной лазерной терапии в домашних условиях. Из-за сложности биологических объектов до сих пор ведутся дискуссии о механизмах терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения. Экспериментально доказано, что под действием низкоинтенсивного лазерного излучения увеличивается кровенаполнение облучаемого участка, повышается скорость кровотока, нормализуется состояние форменных элементов крови. Остается малоизученным вопрос воздействия лазерного излучения на интенсивность транспорта веществ через сосудистые стенки и обменных процессов в тканях, а также на концентрацию лекарственных средств в патологическом очаге.

В настоящее время весьма актуальной является проблема лазерофореза как способа введения лекарственных средств в организм через кожу или слизистую оболочку посредством лазерного излучения. Одновременное использование лазерных и биофармацевтических технологий может существенно увеличивать эффективность трансдермального введения лекарственного препарата в организм, позволяет снизить дозировку препарата и повысить эффективность лечения некоторых заболеваний, особенно в случаях, резистентных к общепринятым методам терапии. Особенно полезным такой неинвазивный способ может быть в случаях, когда необходимо введение лекарственных препаратов более 3 раз в сутки при лечении новорожденных, пожилых или очень ослабленных пациентов. В связи с этим необходимы разработка и усовершенствование методов лазерофореза, а также создание новых устройств для лазерофореза. Естественно, что для процесса лазерофореза справедливы многие закономерности терапевтического действия лазерного излучения на биоткани, которые необходимо учитывать. Данная диссертационная работа посвящена изучению особенностей взаимодействия лазерного излучения и биоткани, оказывающих влияние на процесс лазерофореза, с учетом физических параметров излучения и тканей, поиску путей повышения эффективности лазерофореза и разработке на их основе новых методов и устройств для проведения лазерофореза.

Работа содержит теоретические расчеты, описание и результаты оригинальных экспериментальных исследований и ориентирована на практическое использование полученных данных в медицине и ветеринарии.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с научными программами (проектами), темами

Тема диссертационной работы соответствует пп. 4.2 «технологии профилактики, диагностики и лечения заболеваний» и пп. 4.5 «медицинская техника» в перечне приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (утвержден указом Президента Республики Беларусь от 22.04.2015).

Диссертационная работа выполнялась на кафедре квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ в соответствии с утвержденными научными плановыми госбюджетными заданиями в 2007-2012 г.г.

Основные результаты, представленные в диссертационной работе, были получены в ходе выполнения научно-технических программ и отдельных тем:

ГППИ «Создание новых оптико-электронных систем и информационных технологий» («Оптика, электроника, информатика»), задание 2-12 «Разработка аппаратных средств лазерофореа и исследование влияния лазерофореа на биодоступность лекарственных соединений» (№ гос. рег. 20014626), 2001–2005 гг.

Грант БГУ «Спектронефелометрические методы определения оптико-микрофизических характеристик биологических объектов», 2007 г.

Грант БГУ «Разработка спектро-нефелометрических методов контроля рассеивающих сред (атмосферы, водной среды, биообъектов)», 2008 г.

Грант Министерства образования РБ «Оптоэлектронные аппаратные средства для проведения лекарственного лазерофореа» (№ гос. рег. 20090548), 2009 г.

ГКПНИ «Фотоника», задание 3.09 «Разработка методов и аппаратуры для диагностики и терапии заболеваний сосудистой системы и крови с использованием порфириновых сенсibilизаторов и технологии введения препаратов при воздействии лазерным излучением», подзадание 3.09.3 «Разработка технологии лазерофореа для неинвазивного введения лекарственных средств» (№ гос. рег. 20061211), 2006–2010 гг.

Проект БРФФИ № Ф08М-059 «Исследование закономерностей процесса введения лекарственных средств в организм под действием лазерных световых полей различных типов» (№ гос. рег. 20081451), 2008–2010 гг.

ГПНИ «Электроника и фотоника», задание 2.3.04 «Разработка методов и технических средств фототерапии на основе сверхярких светодиодов с мощным световым потоком, многозонального ИК и низкоинтенсивным лазерным излучением и методов оптической диагностики для применений в профилактических, реабилитационных и молекулярно-биологических технологиях», подзадание 2.3.04.02 «Разработка методики и аппаратных

средств для лазерной диагностики и терапии путем воздействия на биологически активные точки» (№ гос. рег. 20115597), 2011–2012 гг.

Цель и задачи исследования

Целью настоящей работы является установление закономерностей влияния параметров лазерного излучения, физических, в том числе оптических, параметров биообъектов и лекарственных препаратов на эффективность лазерофореза.

Достижение цели исследования осуществлялось решением следующих **задач**:

- исследовать распространение лазерного излучения в многокомпонентных биологических тканях;
- оценить влияние физических, в том числе оптических, свойств лекарственных препаратов и биотканей на процесс лазерофореза;
- выявить закономерности процесса лазерофореза при использовании непрерывного и амплитудно модулированного излучения с различными длинами волн;
- разработать методику для оценки эффективности лазерофореза в случаях различных видов биотканей, препаратов, источников лазерного излучения и режимов работы излучателей.

Объектом исследований служили гидрофильная мембрана; образцы мышечной и жировой тканей свиньи; образцы куриной кожи; часто используемые в дерматологии лекарственные препараты в различных формах (гель, крем, мазь, раствор); водный и спиртовой растворы родамина 6Ж; модели процессов, происходящих в биотканях под действием лазерного излучения.

Предметом исследований являлись оптические свойства лекарственных препаратов и биологических тканей; распределение препарата в биологической ткани (или её модели) при различных условиях его введения (длина волны лазерного излучения, режим работы источника лазерного излучения, частота следования импульсов); закономерности процесса лазерофореза.

Научная новизна

Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в следующем:

- получены распределения интенсивности лазерного излучения в коже в зависимости от толщины и температуры нанесённого на неё лекарственного препарата с гидрофобной основой, учитывающие показатели поглощения и рассеяния, коэффициент анизотропии рассеяния и показатели преломления как препарата, так и всех слоёв биоткани;
- установлены наиболее эффективные диапазоны длин волн лазерного излучения при проведении лазерофореза в зависимости от кровенаполнения

ткани и уровня насыщенности крови кислородом;

– показано, что активация транспорта молекул препарата под действием амплитудно модулированного излучения обусловлена многократным смещением подвижных элементов билипидных клеточных мембран, которое происходит из-за неравновесного поглощения лазерного излучения в клетках и окружающей их жидкости;

– установлено, что использование для лазерофореза лазерного излучения, модулированного прямоугольными импульсами с коэффициентом заполнения 0,5 и периодом следования от 8 до 16 τ (τ – характерное время температурной релаксации клеток биоткани), позволяет увеличивать глубину проникновения и общее количество введённого препарата на 20-30 % по сравнению с лазерофорезом, где используется излучение постоянной интенсивности;

– разработана методика количественной оценки эффективности лазерофореза с использованием лазерного сканирующего микроскопа, предложены новые устройства для проведения лазерофореза.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1) Уменьшение показателя ослабления лекарственных препаратов с гидрофобной основой при нагревании до порога болевой чувствительности организма ($\approx 45^\circ\text{C}$) позволяет увеличивать как интенсивность доходящего до биоткани лазерного излучения, так и интенсивность излучения в биоткани на глубинах до 2 мм (на 20-60 %).

2) При достаточно большом содержании крови в облучаемой ткани (кровенаполнение ткани более 5 %) и высоком уровне её оксигенированности (85-95 %) для лазерофореза с использованием излучения постоянной интенсивности наиболее эффективным является излучение с длиной волны λ от 700 до 800 нм из-за наличия локального минимума в спектре поглощения кожи для данного диапазона λ ; при малом же содержании крови в ткани из-за возрастания глубины проникновения более длинноволнового излучения и наличия эффективных полупроводниковых источников излучения – от 800 до 950 нм.

3) Использование для лазерофореза лазерного излучения, модулированного прямоугольными импульсами с коэффициентом заполнения 0,5 и периодом следования от 8 до 16 τ (τ – характерное время температурной релаксации клеток биоткани), позволяет увеличивать глубину проникновения и общее количество введённого препарата на 20-30 % по сравнению с лазерофорезом с излучением постоянной интенсивности, что объясняется многократными смещениями липидных кластеров в клеточных мембранах, вызванными неравновесным поглощением лазерного излучения.

4) Методика оценки эффективности лазерофореза, включающая регистрацию лазерным сканирующим микроскопом излучения люминофора, вводимого в место проведения лазерофореза, последующее определение отношений глубин проникновения и количества препарата в облученной и необлученной биоткани, позволяющая сравнивать эффективность процесса лазерофореза для разных участков биоткани, вводимых препаратов и их концентраций, источников лазерного излучения.

Личный вклад соискателя

Результаты диссертационной работы, сформулированные в защищаемых положениях и выводах, получены автором самостоятельно. Научный руководитель М.М. Кугейко участвовал в выборе темы исследований, постановке задач и обсуждении полученных результатов.

А.М. Лисенкова, В.В. Сенчук и В.М. Лаврова участвовали в подготовке, проведении и обсуждении экспериментальных исследований, касающихся возможности регуляции эффективности лазер-индуцированного переноса антибиотиков адриамицина и рифампицина через модельные мембраны. Н.М. Орёл, А.М. Лисенкова и Е.С. Пышко участвовали в проведении и интерпретации результатов экспериментальных исследований эффективности лазерофореза индометацина на экспериментальных животных.

А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич и С.Б. Бушук оказали помощь в подготовке и проведении экспериментов по исследованию эффективности лазерофореза посредством излучения с различными длинами волн и излучения с периодически изменяющейся во времени интенсивностью, а также по преобразованию лазерных пучков.

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов

Результаты исследований, включенных в диссертацию, докладывались и обсуждались на следующих конференциях:

III, VI Международная научно-техническая конференция "Медэлектроника. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии" (Беларусь, Минск, 2004, 2010); Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи" (Україна, Київ, 2007); International Conference on Lasers, Applications, and Technologies, (Belarus, Minsk, 2007, 2016); International young scientists conference on Applied Physics (Ukraine, Kyiv, 2007, 2011); VIII Международная научная конференция "Лазерная физика и оптические технологии" (Беларусь, Минск, 2010); 11th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science (Ukraine, Kyiv, 2010); International Conference Optical Techniques and Nano-Tools for Material and Life Sciences (Belarus, Minsk, 2010); VIII Международная научно-техническая конференция "Квантовая

электроника" (Беларусь, Минск, 2010), Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы медицины" (Гомель, 2010); 6-ая Международная научно-техническая конференция "Приборостроение" (Беларусь, Минск, 2013); XII Международная научная конференция "Молодежь в науке" (Беларусь, Минск, 2015).

По результатам диссертации получены 4 патента на изобретение и 2 патента на полезную модель Республики Беларусь, 1 акт о внедрении в учебный процесс.

Опубликованность результатов диссертации

Основные результаты диссертации опубликованы в 22 научных работах, из которых 6 – статьи в научных журналах в соответствии с п.18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 4 авторских листа); 1 – коллективная монография; 3 – статьи в других научных изданиях; 7 – статьи в сборниках материалов научных конференций; 5 – тезисы.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из перечня сокращений и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации составляет 198 страниц. Диссертация содержит 61 рисунок на 28 страницах, 24 таблицы на 10 страницах, 3 приложения на 8 страницах. Библиографический список содержит 178 наименований, включая собственные публикации соискателя.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 представлен обзор основных особенностей применения оптического, в том числе лазерного, излучения в терапевтических целях.

В разделе **1.1** перечислены терапевтические эффекты оптического, в том числе лазерного, излучения, а также указаны основные области применения низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в медицине. В разделе **1.2** описаны общепринятые методы введения лекарственных препаратов (ЛП) в организм, описаны методы и устройства для введения ЛП с помощью светового, в том числе лазерного, излучения, приведены рекомендации по их применению и проанализированы методы оценки их эффективности [7, 24], а также представлены статистические данные о заболеваемости населения Беларуси по группам болезней и сделана оценка целесообразности применения лазерофореза для лечения этих заболеваний [7, 16].

Обзор литературы показал необходимость исследования влияния параметров света на процесс фотофореза и разработки методики для численной

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

Статьи в научных журналах в соответствии с п.18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь

1. Железнякова, Т.А. Лазерный метод регуляции транспорта лекарственных средств через кожу / Т.А. Железнякова // Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 2008. – № 4. – С. 102–107.
2. Метод лазерофореза посредством излучения с периодически изменяющейся во времени интенсивностью / Т.А. Железнякова, М.М. Кугейко, С.В. Солоневич, А.А. Рыжевич // Вестн. БГУ. Сер. 1. – 2009. – № 3. – С. 24–30.
3. Метод определения эффективности лазерофореза / С.В. Солоневич, А.А. Рыжевич, С.Б. Бушук, Т.А. Железнякова, М.М. Кугейко, А.М. Лисенкова // Журн. прикл. спектр. – 2009. – Т. 76, № 6. – С. 939–945.
4. Железнякова, Т.А. Влияние физических свойств основы лекарственного препарата на процесс фотофореза / Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич, А.А. Рыжевич // Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 2012. – № 4. – С. 107–110.
5. Рыжевич, А.А. Концепция устройства для проведения приповерхностного лазерофореза / А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, Т.А. Железнякова // Приборы и методы измерений. – 2014. – № 1 (8). – С. 22–31.
6. Применение лазерного сканирующего микроскопа для исследования динамики проникновения химического препарата в кожу / Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич, А.А. Рыжевич, С.Б. Бушук // Молодежь в науке – 2015: прил. к журн. "Весці Нацыянальная акадэміі навук Беларусі": в 5 ч. / Нац. акад. наук Беларусі, Совет молодых ученых НАН Беларусі. – Минск: Беларуская навука, 2016. – Ч. 4: Серия физ.-мат. наук; серия физ.-техн. наук. – С. 11–18.

Коллективная монография

7. Рыжевич, А.А. Введение препаратов в организм под действием лазерного излучения. Экспериментальная база, закономерности, область применения и перспективы развития лазерофореза / А.А. Рыжевич, Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич. – Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2011. – 216 с. – ISBN 978-3-8433-1371-1.

Статьи в других научных изданиях

8. Железнякова, Т.А. О возможностях применения базисно-нефелометрического метода определения оптической плотности в

исследованиях эффективности лазерофореза / Т.А. Железнякова, М.М. Кугейко, А.М. Лисенкова // Электроника Инфо. – 2007. – № 3 (39). – С. 64–66.

9. Железнякова, Т.А. Возможность применения полупроводниковых лазеров для проведения приповерхностного лазерофореза / Т.А. Железнякова, А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич // Электроника Инфо. – 2013. – № 12 (102). – С. 36–42.

10. Лисенкова, А.М. О возможностях применения технологии лазерофореза при лечении заболеваний у детей / А. М. Лисенкова, Т. А. Железнякова, М. М. Кугейко // Электроника Инфо. – 2014. – № 2 (104). – С. 32–35.

Статьи в сборниках материалов научных конференций

11. Regulation of medicine bioavailability by laser radiation action / A. Lisenkova, T. Zheleznyakova, V. Lavrova, V. Sentchouk // Proc. of Int. Conf. on Lasers, Applications and Technologies 2007: Laser Technologies for Medicine [Electronic resource], Minsk, Belarus; May 28–June 1, 2007. – SPIE. – 2007. – Vol. 6734. – Mode of access: <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/6734/67341A/Regulation-of-medicine-bioavailability-by-laser-radiation-action/10.1117/12.753229.pdf>. – Date of access: 20.09.2007.

12. Солоневич, С.В. Спекл-структура лазерного излучения внутри биоткани / С. В. Солоневич, А. А. Рыжевич, Т. А. Железнякова // Современные проблемы физики: Сборник науч. трудов Междунар. школы-конф. молодых ученых и специалистов, Минск, Беларусь, 9–10 июня 2010 г. / под ред. В. В. Машко, В. З. Зубелевича, А. В. Буценя. – Минск, 2010. – С. 98–102.

13. Железнякова, Т.А. Воздействие лазерного излучения на транспорт химических веществ в биоткани / Т. А. Железнякова, С. В. Солоневич, А. А. Рыжевич // Современные проблемы физики: Сборник науч. трудов Междунар. школы-конф. молодых ученых и специалистов, Минск, Беларусь, 9–10 июня 2010 г. / Ин-т физики НАН Беларуси; под ред. В. В. Машко, В. З. Зубелевича, А. В. Буценя. – Минск, 2010. – С. 103–108.

14. Ryzhevich, A.A. Laser radiation influence on transport phenomena in a bio-tissue / A. A. Ryzhevich, S. V. Solonevich, T. A. Zheleznyakova // Optical Techniques and Nano-Tools for Material and Life Sciences (OTN₄MLS-2010): contributed papers of International Conference, Minsk, Belarus, June 15–19, 2010: in two volumes. – Minsk: "Kovcheg", 2010. – Vol. 2. – P. 172–184.

15. Оценка состояния антиоксидантной системы и процессов ПОЛ в некоторых тканях крыс при введении индометацина с помощью лазерофореза / Н.М. Орёл, Е.С. Пышко, А.М. Лисенкова, Т.А. Железнякова // Лазерная физика и оптические технологии: сб. науч. тр. VIII Междунар. науч. конф., Минск; 27–30 сент. 2010 г; в 2 т. / НАН Беларуси. – Минск: ИФ НАН Беларуси, 2010. –

Т. 1. – С. 197–200.

16. Рыжевич, А.А. Лазерофорез: состояние дел и перспективы / А. А. Рыжевич, С. В. Солоневич, Т. А. Железнякова // Лазерная физика и оптические технологии: Сборник трудов VIII Междунар. науч. конф., Минск, 27 – 30 сент. 2010 г. – Минск: ИФ НАНБ, 2010. – С. 243–246.

17. Рыжевич, А.А. Способ определения оптимального для проведения фотофореза диапазона длин волн светового излучения и устройство для его реализации / А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, Т.А. Железнякова // Медэлектроника–2010. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии: сборник науч. статей VI Междунар. науч.-тех. конф., Минск, 8–9 дек. 2010 г. – Минск: БГУИР, 2010. – С. 85–88.

Тезисы

18. Zheleznyakova, T. Method for formation of dynamical cellular gradient light field / T. Zheleznyakova, A.A. Ryzhevich // Proceedings of the 7th international young scientists conference on applied physics, Kyiv, Ukraine, June 13–15, 2007. – Kyiv, 2007. – P. 25–26.

19. Рыжевич, А.А. Методы повышения эффективности лазерофореза / А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, Т.А. Железнякова // Актуальные проблемы медицины: сб. науч. ст. Республ. науч.-практ. конф. и 19-й итог. науч. сессии ГГМУ, Гомель, 23–24 февр. 2010 г.: в 4 т. – Гомель, 2010. – Т. 4. – С. 17–20.

20. Zheleznyakova, T. Speckle structure formed in a biotissue / T. Zheleznyakova, S. Solonevich, A. Ryzhevich // Optics and High Technology Material Science: scientific works of 11th (Eleventh) International Young Scientists Conference, Kyiv, Ukraine, October 21–24, 2010. – Kyiv, 2010. – P. 238–239.

21. Исследование динамики проникновения препарата в кожу с помощью лазерного сканирующего микроскопа / Т. А. Железнякова, А. А. Рыжевич, С. В. Солоневич, С. Б. Бушук // Квантовая электроника: материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 22–25 нояб. 2010 г. / редкол. М.М. Кугейко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2010. – С. 194.

22. Speckles influence on transport processes in a biotissue / T. Zheleznyakova, A. Lisenkova, A. Ryzhevich, S. Solonevich // Proceedings of the 6th international young scientists conference on Applied Physics, Kyiv, Ukraine, June, 15–18, 2011 / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics. – Kyiv, 2011. – P. 159–160.

Патенты на изобретения и полезные модели

23. Кювета для микроскопа: полез. модель ВУ 5256 / А.А. Рыжевич, С.Б. Бушук, Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич. – Оpubл. 30.04.2009.

24. Способ введения лекарственного препарата в организм через кожу или

слизистую оболочку: пат. ВУ 11986 / Т.А. Железнякова, А.М. Лисенкова. – Оpubл. 30.06.2009.

25. Устройство для формирования динамического градиентного светового поля: полез. модель ВУ 7053 / А.А. Рыжевич, Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич. – Оpubл. 28.02.2011.

26. Способ введения лекарственного препарата в организм через кожу или слизистую оболочку: пат. ВУ 15009 / Т.А. Железнякова, А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич. – Оpubл. 30.10.2011.

27. Способ лазерофореза лекарственного препарата пациенту через кожный покров и устройство для его осуществления: пат. ВУ 15892 / Т.А. Железнякова, А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич. – Оpubл. 30.06.2012.

28. Способ определения оптимального диапазона длин волн излучения для проведения лазерофореза и устройство для его осуществления: пат. ВУ 16362 / Т.А. Железнякова, С.В. Солоневич, А.А. Рыжевич. – Оpubл. 30.10.2012.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

РЕЗЮМЕ

Железнякова Татьяна Александровна

Влияние параметров излучения и оптических свойств биологических тканей на процесс лазерофореза

Ключевые слова: лазерное излучение, биологическая ткань, лазерофорез, лекарственный препарат, лазерный сканирующий микроскоп.

Цель работы: выявление физических закономерностей процесса лазерофореза при различных параметрах оптического излучения и физических свойствах биологических тканей и лекарственных препаратов.

Методы исследования: численное моделирование, статистический анализ, люминесцентная микроскопия, абсорбционная и люминесцентная спектроскопия.

Использованная аппаратура: источники и измерители мощности лазерного излучения; ИК визуализаторы; лазерный сканирующий микроскоп; спектрометры; термостат; генератор импульсов напряжения; CCD-камеры; персональные компьютеры.

Полученные результаты и их новизна. Разработана универсальная методика количественной оценки эффективности лазерофореза с использованием лазерного сканирующего микроскопа. Показано влияние физических свойств биотканей и вводимых препаратов на эффективность процесса лазерофореза. Определены параметры лазерного излучения, при которых глубина проникновения и общее количество введенного внутрь ткани препарата могут на десятки процентов превышать значения аналогичных величин при отсутствии облучения. Предложены новые способы и устройства для проведения лазерофореза, способ определения оптимального диапазона длин волн излучения для проведения лазерофореза и устройство для его осуществления; устройство для формирования динамического градиентного светового поля, пригодное для проведения приповерхностного лазерофореза.

Рекомендации по использованию и область применения. Полученные результаты могут найти широкое применение в медицине при разработке новых и модификации существующих методов лечения и профилактики заболеваний людей и животных; в фармакологии при создании новых лекарственных форм для лазерофореза; в приборостроении при создании новых лазерных аппаратов и сопутствующих устройств для проведения и оптимизации процедуры лазерофореза.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

РЭЗЮМЭ

Жалезнякова Таццяна Аляксандраўна

Уплыў параметраў выпраменьвання і аптычных уласцівасцяў біялагічных тканак на працэс лазерафарэзу

Ключавыя словы: лазернае выпраменьванне, біялагічная тканка, лекавы прэпарат, лазерафарэз, лазерны сканавальны мікраскоп.

Мэта працы: выяўленне фізічных заканамернасцяў працэсу лазерафарэзу пры розных параметрах аптычнага выпраменьвання і фізічных уласцівасцях біялагічных тканак і лекавых прэпаратаў.

Метады даследавання: лікавае мадэляванне, статыстычны аналіз, люмінесцэнтная мікраскапія, абсарбцыйная і люмінесцэнтная спектраскапія.

Скарыстаная апаратура: крыніцы і вымяральнікі магутнасці лазернага выпраменьвання; ІЧ візуалізатары; лазерны сканавальны мікраскоп; спектрометры; тэрмастат; генератар імпульсаў напружання; CCD-камеры; персанальныя камп'ютары.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Распрацавана ўніверсальная методыка колькаснай ацэнкі эфектыўнасці лазерафарэзу з выкарыстаннем лазернага сканавальнага мікраскопа. Паказаны ўплыў фізічных уласцівасцяў біялагічных тканак і ўводзімых прэпаратаў на эфектыўнасць працэсу лазерафарэзу. Вызначаны параметры лазернага выпраменьвання, пры якіх глыбіня пранікнення і агульная колькасць уведзенага ўнутр тканкі прэпарату могуць на дзясяткі адсоткаў перавышаць значэнні аналагічных велічынь пры адсутнасці абпраменьвання. Прапанаваны новыя спосабы і прылады для правядзення лазерафарэзу, спосаб вызначэння аптымальнага дыяпазону даўжынь хваляў выпраменьвання для правядзення лазерафарэзу і прылада для яго ажыццяўлення; прылада для фарміравання дынамічнага градыентнага светлавога поля, прыдатная для правядзення прыпаверхневага лазерафарэзу.

Сфера прымянення і рэкамендацыі па выкарыстанні. Атрыманыя вынікі могуць знайсці шырокае прымяненне ў медыцыне пры распрацоўцы новых і мадыфікацыі існуючых метадаў лячэння і прафілактыкі захворванняў людзей і жывёл; у фармакалогіі пры стварэнні новых лекавых формаў для лазерафарэзу; у прыладабудаванні пры стварэнні новых лазерных апаратаў і спадарожных прылад для правядзення і аптымізацыі працэдуры лазерафарэзу.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

SUMMARY

Zheleznyakova Tatyana Aleksandrovna

Influence of radiation parameters and optical properties of biological tissues on the process of laser phoresis

Key words: laser radiation, biological tissue, laser phoresis, a medicine, a laser scanning microscope.

The purpose of research: identifying the physical regularities of the process of laser phoresis at various parameters of optical radiation and the physical properties of biological tissues and medicines.

Methods of investigations: numerical simulation, statistical analysis, fluorescence microscopy, absorption and fluorescent spectroscopy.

Used equipment: sources and power meters of laser radiation; IR visualizers; laser scanning microscope; spectrometers; thermostat; voltage pulse generator; CCD-cameras; personal computers.

Obtained results and their novelty. A universal method to quantify the effectiveness of laser phoresis using a laser scanning microscope is developed. The influence of the physical properties of biological tissues and injected medicines on the efficacy of laser phoresis process is shown. The optimum parameters of laser radiation for laser phoresis are found. With these parameters the penetration depth and the total quantity of medicine injected into the tissue can be in the tens of percent higher than the value of similar variables in the absence of irradiation. New methods and devices for laser phoresis, a method of determining the optimal wavelength range for laser phoresis and device for its implementation; apparatus for generating of dynamic gradient light field suitable for subsurface laser phoresis are proposed.

Recommendations for use and area of application. The obtained results can be widely used in medicine for the development of new and modification of existing methods of treatment and prevention of human and animal disease; in pharmacology to create new forms of medicaments for laser phoresis; in instrument engineering to create new laser devices and related devices for conducting and optimizing the laser phoresis procedure.